サイドテーブル取扱説明書

●品番　MRES03BE

各部名称と梱包内容

●各部名称

●梱包内容

組み立て方法

①天板を裏返し、水平な床に置いてください。

②天板に支柱フレームを取り付けます。
左図のように、短いボルト・スプリングワッシャーで6ヶ所とも一旦仮じめしてください。その後、本じめして確実に固定してください。
※六角レンチが必要です。工具は付属していません。

③支柱フレームに脚フレームを取り付けます。
長いボルト・スプリングワッシャーを左図のように取り付け、4ヶ所とも一旦仮じめしてください。その後本じめして、確実に固定してください。
※六角レンチが必要です。工具は付属していません。

③テーブルを起こして天板を上にしてください。
高さ調整レバーでテーブルの高さを調整し使用してください。

高さ調整方法

高さ調整レバーを引き上げながら、お好みの高さに調整してください。
高さ調整レバーを離すとその位置で固定されます。
※高さ調整はレバーを上げて行います。
安全のためテーブル(天板)を持ち上げると高くなる構造です。

お手入れ方法

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。
その後残った洗剤分を水に浸して、よく絞った布で拭き取ってください。
最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。
※有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）やスプレータイプの殺虫剤、強塩酸洗浄剤などを使用しないでください。

注意事項

注　意

- ●テーブル（天板）には15㎏以上の物は置かないでください。
  転倒・破損しケガの恐れがあります。
- ●テーブル使用時は危険なためベッドの高さ調整を行わないでください。
- ●テーブルを手すりや歩行器がわりに使用しないでください。
- ●周辺機器との間に十分なスペースを確保して設置してください。
- ●ベッド下に、床から7cm以上のすき間がある状態で使用してください。（図１）
- ●インプレスと組み合わせる場合は、フットベースを取り付けた状態で使用してください。（図2）
- ●トゥルースと組み合わせる場合は、ハイローユニットを取り付けた状態では使用できません。（図3）
  ハイローユニットを取り外した状態でご使用ください。

【図1】

【図2】インプレスの場合

【図3】トゥルースの場合

■適応機種=モルテン電動式介護ベッド　インプレス／モルテン離床支援型ベッド　トゥルース

仕様

サイドテーブル　品番 MRES03BE

- ●サイズ：幅80.5cm、奥行38.5cm、高さ70～108cm
- ●重　量：10kg
- ●耐重量：15kg

開発・製造元
株式会社 モルテン
健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health
東京　札幌　仙台　名古屋　大阪　広島　福岡
製品他、各種お問い合せは
〒739-1794　広島市安佐北区口田南2-18-12
TEL.082-842-9975
FAX 0120-769-123
E-mail:health@molten.co.jp

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
※ 健康用品事業本部にて取得しています。

2015.10